食品などの放射性物質検査結果（平成２６年　３月実施分）

□　検査場所：**下仁田町保健センター（測定室）**

□　検査機器：ヨウ化ナトリウムNaI(TI)シンチレーターを用いたシンチレーション検出器
（型式 ATOMTEX AT 1320C）

□　検査対象：・町内で生産された農畜林水産物
・市販品を除く、町内で消費される食品
・町内にある井戸の水（水道水以外）
・町内で農産物を栽培した土地の土壌

□　基 準 値：一般食品の場合：放射性セシウム（セシウム134とセシウム137）の合計値で100Bq/Kg以下

※　飲料水・牛乳・乳児用食品は対象外です。

※　畑の土についての基準は示されていません。

□　注意事項：※1　下表「検査結果」で「不検出」とは検出限界値未満のことです。

※2　下表「検査結果」の（　）内に検出限界値を記載しています。

※3　検出限界値とは、その測定において検出できる最小値であり、機器に充てんできる検査食材の密度などにより、同じ食材であっても検体ごとに検出限界値は変化します。

※4　飲料水以外の井戸水等については、検出限界値が10Bq/Kg未満になるよう測定時間を調整しています。

検査結果（平成26年　3月分）

検体No.	検査日	検体名称	採取地	検体重量（g）	検査結果（Bq/Kg）			測定時間（秒）
					Cs134	Cs137	Cs計	
288	3月3日	生しいたけ	妙義町	480	不検出（4.56）	不検出（5.57）	不検出（10.13）	10,800