

## 食品などの放射性物質検査結果（平成27年 6月実施分）

- 検査場所：下仁田町保健センター(測定室)
- 検査機器：ヨウ化ナトリウムNaI(Tl)シンチレーターを用いたシンチレーション検出器  
(型式 ATOMTEX AT 1320C)
- 検査対象：
  - ・町内で生産された農畜林水産物
  - ・市販品を除く、町内で消費される食品
  - ・町内にある井戸の水（水道水以外）
  - ・町内で農産物を栽培した土地の土壌
- 基準値：一般食品の場合：放射性セシウム（セシウム134とセシウム137）の  
合計値で100Bq/Kg以下
  - ※ 飲料水・牛乳・乳児用食品は対象外です。
  - ※ 畑の土についての基準は示されていません。
- 注意事項：
  - ※1 下表「検査結果」で「不検出」とは検出限界値未満のことです。
  - ※2 下表「検査結果」の（ ）内に検出限界値を記載しています。
  - ※3 検出限界値とは、その測定において検出できる最小値であり、  
機器に充てんできる検査食材の密度などにより、同じ食材であつても検体ごとに検出限界値は変化します。
  - ※4 飲料水以外の井戸水等については、検出限界値が10Bq/Kg未満になるよう測定時間を調整しています。

### 検査結果(平成27年 6月分)

検体 No.	検査日	検体名称	採取地	検体重量 (g)	検査結果(Bq/Kg)			測定時間 (秒)
					Cs134	Cs137	Cs計	
347	6月10日	大根	安中市 松井田	1,037	未検出 (2.81)	未検出 (2.80)	未検出 (5.61)	10,800